

Tillæg til operator's Hardware Manual

Sensorer med USB interface

Der bruges industri standart FTDI interfacekreds, hvilket betyder at Pc selv finder den nødvendige driver og installerer en virtuel Comport som applikations softwaren skal kommunikere med.

For at undgå kommunikationsfejl skal latencyfor den pågældende port sættes til 1. (Enhedshåndtering- hardware- Porte(Com og LPT)- aktuel port, f.eks. COM5 - egenskaber - portindstillinger - avanceret) se screen print.

Interfacet bliver strømforsynet fra USB porten, så den virtuelle port optræder også hvis sensor er slukket, men ingen data.

